Додаток до Свідоцтва про уповноваження
на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології
від 07 серпня 2019 № П-24-2019

ГАЛУЗЬ УПОВНОВАЖЕННЯ
ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (м. Житомир)
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - засоби вимірювальної техніки)

Найменування категорії (групи) засобів вимірювальної техніки	Метрологічні характеристики	
	Діапазон вимірювань	Максимально допустима похибка та/або клас точності
1	2	3
12. Вимірювачі артеріального тиску:		
сфігмоманометри механічні	0 – 300 мм.рт.ст.	$\Delta = \pm 3$ мм.рт.ст.
21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи, (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів,банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу):		
гігрометри психрометричні	0 – 40 °C	$\Delta = \pm 0{,}2$ °C
25. Гирі:		
гирі загального призначення	1 – 100 г	клас точності F_1 згідно з ДСТУ OIML R111-1
	1×10^{-3} – 200 г	клас точності F_2 та M_1 згідно з ДСТУ OIML R111-1
31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі	1×10^{-5} – 1×10^{-2} л	$\delta = \pm (0{,}5 – 8{,}0)$ %
38. Лічильники води:		
лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації)	0,03 – 2,5 м3/год	клас точності 1 або 2 згідно з ДСТУ EN ISO 4064-1 $\delta = \pm (2 – 5)$ %

Директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України **Л. М. Віткін**

Продовження додатка

1	2	3
43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму:		
манометри	мінус 0,1 – 6,0 МПа	$\gamma = \pm (1,0 – 4,0)$ %
манометри електроконтактні	мінус 0,1 – 6,0 МПа	$\gamma = \pm (1,0 – 4,0)$ %
44. Матеріальні міри довжини:		
рулетки вимірювальні	0 – 10 м	класи точності II, III згідно з Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 163 (далі - Технічний регламент засобів вимірювальної техніки)
метроштоки	0 – 4300 мм	класи точності II, III згідно з Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки
50. Неавтоматичні зважувальні прилади:		
ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний)	до 500 кг	класи точності III (середній), IIII (звичайний) згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062 (далі - Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів) та ДСТУ EN 45501
ваги з реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих-кодуванням	до 50 кг	класи точності III (середній), IIII (звичайний) згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів та ДСТУ EN 45501

Директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України **Л. М. Віткін**

Продовження додатка

1	2	3
ваги лабораторні електронні загального призначення	$1\times10^{-3} – 2\times10^{-2}$ кг	клас точності I (спеціальний) згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів та ДСТУ EN 45501
	1×10^{-3} – 1 кг	клас точності II (високий) згідно з Технічним регламентом щодо неавтоматичних зважувальних приладів та ДСТУ EN 45501
53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:		
колонки паливороздавальні для рідкого палива	до 160 л/хв включно	$\delta = \pm\ 0,5\%$
колонки паливороздавальні для скрапленого газу	до 60 л/хв	$\delta = \pm\ 1\%$
54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання:		
лінійки вимірювальні	0 – 1000 мм	класи точності II, III згідно з Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки
74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів):		
термометри скляні	мінус 20 – 100 °С	$\Delta = \pm\ (0,1–2,0)$ °С
термометри електроконтактні	0 – 100 °С	$\Delta = \pm\ (1–5)$ °С

Примітка. Умовні позначення та їх визначення:
Δ – максимально допустима абсолютна похибка;
δ – максимально допустима відносна похибка;
γ – приведена допустима похибка.

Директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України **Л. М. Віткін**